

RD/ZP/84/21

Poznań, dnia 15. 02. 2022 r.

OGŁOSZENIE -UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: Sprzedaży i dostawy elementów laboratorium procesów technologicznych

z wykorzystaniem polimerów dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,

z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dyfraktometru rentgenowskiego wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyciskarki dwuślimakowej wraz z instruktażem

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dostawy reaktora laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie disolwera wraz z instruktażem

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki

DOTYCZY PAKIETU V:

Politechnika Poznańska unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia na **PAKIET V** zgodnie z art. 255 ust.

2) ustawy prawo zamówień publicznych : *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.*

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na **PAKIET V** ofertę złożyły firmy:

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki

- 1) MERAZET Spółka Akcyjna
adres : Ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
NIP : 7770001387 REGON 000034996

Cena netto: 79 636,00 PLN

Cena brutto (23% VAT): 97 952,28 PLN

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia.

Proszę wybrać jedną z opcji.

X skrócenie czasu o 20 dni, tj. do 40 dni

Kryterium 2 - wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia produkty do 30 czerwca 2023 roku:

X Nie

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności tj. przyłącza gazu ochronnego do płukania pieca (karta nr CH/V/5) niepalnymi gazami ochronnymi

X Nie

Kryterium 4 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium do pieca (karta nr CH/V/5), tj. kominka z katalizatorem spalin

X Nie

Kryterium 5 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie dobranych do wag (karta nr CH/V/3) wzorców masy służących do kalibracji wagi oraz klosza osłaniającego szale

X Nie

Kryterium 6 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. dostarczenie wyparki próżniowej (karta nr CH/V/1) posiadającej automatyczne podnoszenie kolby próżniowej

X Nie

Zamawiający odrzucił ofertę firmy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE:

Załączony przez wykonawcę załącznik 12E „wykaz cen oferowanego sprzętu i oprogramowania” nie został wypełniony według wzoru podanego przez Zamawiającego, w związku z zapisem w SWZ w pkt. 11.4 ppkt. j) *Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie będzie zawierać wypełnionego według wzoru podanego przez Zamawiającego*

- 2) DONSERV Wojciech Kaca
adres ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
NIP 522-001-14-45 REGON .006368988

Cena netto: 77 800,00 PLN

Cena brutto (23% VAT): 95 694,00 PLN

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia.

Proszę wybrać jedną z opcji.

X do 60 dni

Kryterium 2 - wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia produkty do 30 czerwca 2023 roku:

X Tak

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności tj. przyłącza gazu ochronnego do płukania pieca (karta nr CH/V/5) niepalnymi gazami ochronnymi

X Nie

Kryterium 4 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium do pieca (karta nr CH/V/5), tj. kominka z katalizatorem spalin

X Nie

Kryterium 5 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie dobranych do wag (karta nr CH/V/3) wzorców masy służących do kalibracji wagi oraz klosza osłaniającego szale

X Nie

Kryterium 6 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. dostarczenie wyparki próżniowej (karta nr CH/V/1) posiadającej automatyczne podnoszenie kolby próżniowej

X Nie

Zamawiający odrzucił ofertę firmy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE:

Załączony przez wykonawcę załącznik 12E „wykaz cen oferowanego sprzętu i oprogramowania” nie został wypełniony według wzoru podanego przez Zamawiającego, w związku z zapisem w SWZ w pkt. 11.4 ppkt. j) *Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie będzie zawierać wypełnionego według wzoru podanego przez Zamawiającego*

- 3) WITKO sp. z o.o.
adres Al. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź
NIP 729-255-02-18 REGON 473251193

Cena netto: 67 063,00 PLN

Cena brutto (23% VAT): 82 487,49 PLN

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia.

Proszę wybrać jedną z opcji.

X skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni

Kryterium 2 – wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia produkty do 30 czerwca 2023 roku:

X Tak

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności tj. przyłącza gazu ochronnego do płukania pieca (karta nr CH/V/5) niepalnymi gazami ochronnymi

X Nie

Kryterium 4 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium do pieca (karta nr CH/V/5), tj. kominka z katalizatorem spalin

X Nie

Kryterium 5 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie dobranych do wag (karta nr CH/V/3) wzorców masy służących do kalibracji wagi oraz klosza osłaniającego szale

X Nie

Kryterium 6 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. dostarczenie wyparki próżniowej (karta nr CH/V/1) posiadającej automatyczne podnoszenie kolby próżniowej

X Nie

Zamawiający odrzucił ofertę firmy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE:

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego: *waga precyzyjna (karta produktu CH/V/3) zaofertowana przez Wykonawcę tj. Ohaus PR2202/E nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie kalibracji wewnętrznej.*

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Monika Dyja
mgr Monika Dyja