



Dział Zamówień Publicznych

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań

Tel. 61/ 665-35-38

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

RD/ZP/17/22

Poznań, dnia 10.03.2022 r.

Dotyczy: Zamówienia publicznego na „Sprzedaż i dostawa urządzeń oraz oprogramowania w zakresie biofeedbacku i fotografii dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I - Sprzedaż i dostawa wyposażenia w zakresie sprzętu fotograficznego, komputerowego, promptera z tabletem i lamp studyjnych.

Pakiet II - Sprzedaż i dostawa sprzętu w zakresie biofeedbacku, tj. zestawu mobilnego eyetrackingu, zestawu eyetrackera stacjonarnego i EEG oraz oprogramowania.

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do SWZ:

PYTANIE 1:

W karcie produktu nr. BF/I/2 podają Państwo parametr światłości max f/4.0 czy to oznacza, że maksymalna wartość przysłony przy maksymalnej ogniskowej 150 mm ma wynosić F 4 ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga, aby światłości f/4.0 była dostępna w całym dostępnym zakresie ogniskowej obiektywu.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia - załącznika 8A do SWZ, w następujący sposób:

Było:

KARTA PRODUKTU NR BF/I/2 Obiektyw do aparatu fotograficznego

3	Światłości	max f/4.0
---	------------	-----------

Po zmianie jest:

KARTA PRODUKTU NR BF/I/2 Obiektyw do aparatu fotograficznego

3	Światłości	max f/4.0 przy najkrótszej ogniskowej obiektywu
---	------------	---

Dla ułatwienia Zamawiający załącza do niniejszego pisma załącznik nr 8A do SWZ - z naniesionymi zmianami.



Niniejsze odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Zamawiający informuje również, że niniejsze odpowiedzi, zgodnie z zapisami SWZ, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz w platformie MiniPortal.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Patrycja Nowak